

名称：中国家用电器研究院计量测试中心

地址：北京市西城区下斜街 29 号

注册号：CNAS L3984

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2021 年 10 月 27 日 截止日期：2025 年 08 月 21 日

附件 5 认可的校准和测量能力范围

注：“测量仪器名称”栏仪器名称前标注*的项目可开展现场校准。

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（ $k=2$ ）	说明	生效日期
电磁学							
1	*耐电压测试仪	直流电压	耐电压测试仪检定规程 JJG 795	(0.5~5)kV	$U_{rel}=1.5\%$		2021-10-27
				(5~10)kV	$U_{rel}=1.0\%$		2021-10-27
		交流电压		(0.5~5)kV, (50 Hz)	$U_{rel}=1.8\%$		2021-10-27
				(5~10)kV, (50 Hz)	$U_{rel}=1.3\%$		2021-10-27
		直流电流		(0.1~10)mA	$U_{rel}=0.80\%$		2021-10-27



No. CNAS L3984

第 1 页 共 14 页

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（ $k=2$ ）	说明	生效日期
			合格评定国家认可委员会 认可证书附件	(10~200)mA	$U_{rel}=0.080\%$		2021-10-27
		交流电流		(0.1~10)mA, (50 Hz)	$U_{rel}=1.0\%$		2021-10-27
				(10~200)mA, (50 Hz)	$U_{rel}=0.40\%$		2021-10-27
		时间		(10~3600)s	$U=0.38\text{ s}$		2021-10-27
2	*漏电起痕试验装置	交流电压	漏电起痕试验仪校准规范 JJF（浙）1087	(10~50)mV, (50 Hz)	$U_{rel}=0.12\%$		2021-10-27
				(0.05~0.2)V, (50 Hz)	$U_{rel}=0.023\%$		2021-10-27
				(0.2~5)V, (50 Hz)	$U_{rel}=0.058\%$		2021-10-27
				(5~300)V, (50 Hz)	$U_{rel}=0.050\%$		2021-10-27
				(300~600)V, (50 Hz)	$U_{rel}=0.033\%$		2021-10-27
		交流电流		(1~10)mA, (50 Hz)	$U_{rel}=2.0\%$		2021-10-27
				(10~200)mA, (50 Hz)	$U_{rel}=0.30\%$		2021-10-27
				(0.2~10)A, (50 Hz)	$U_{rel}=0.20\%$		2021-10-27
				长度	(1~200)mm		$U=0.02\text{ mm}$



序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
		角度		(15~320)°	$U=2'$		2021-10-27
		力值		(0.3~1.50)N	$U=0.03\text{ N}$		2021-10-27
		时间		(10~3600)s	$U=0.38\text{ s}$		2021-10-27
3	*接地导通电阻测试仪	电阻	接地导通电阻测试仪检定规程 JJG 984	(0.02~0.6)Ω	$U_{\text{rel}}=0.60\%$		2021-10-27
		交流电流		(10~30)A, (50 Hz)	$U_{\text{rel}}=0.60\%$		2021-10-27
4	*泄漏电流测试仪	交流电流	泄漏电流测试仪检定规程 JJG 843	(0.1~1)mA, (50 Hz)	$U_{\text{rel}}=0.60\%$		2021-10-27
				(1~20)mA, (50 Hz)	$U_{\text{rel}}=0.40\%$		2021-10-27
				(20~100)mA, (50 Hz)	$U_{\text{rel}}=0.11\%$		2021-10-27
		交流电压		(50~300)V, (50 Hz)	$U_{\text{rel}}=0.15\%$		2021-10-27
5	*数字电参数测量仪	直流电压	数字式交流电参数测量仪校准规范 JJG 1491, 数字多用表校准规范 JJF 1587, 电子式交流电能表检定规程 JJG 596	(100~300)mV	$U_{\text{rel}}=0.012\%$		2021-10-27
				(0.4~3.0)V	$U_{\text{rel}}=0.0073\%$		2021-10-27
				(4.0~30.0)V	$U_{\text{rel}}=0.0073\%$		2021-10-27
				(40~300)V	$U_{\text{rel}}=0.0079\%$		2021-10-27



序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
				(400~1000)V	$U_{rel}=0.0088\%$		2021-10-27
		直流电流		(0.5~3.0)mA	$U_{rel}=0.028\%$		2021-10-27
				(4.0~30.0)mA	$U_{rel}=0.020\%$		2021-10-27
				(40~300)mA	$U_{rel}=0.023\%$		2021-10-27
				(0.4~2.0)A	$U_{rel}=0.048\%$		2021-10-27
				(3~10)A	$U_{rel}=0.086\%$		2021-10-27
		交流电压		(10~50)mV, (45 Hz~400 Hz)	$U_{rel}=0.12\%$		2021-10-27
				(0.05~0.2)V, (45 Hz~400 Hz)	$U_{rel}=0.023\%$		2021-10-27
				(0.2~5)V, (45 Hz~400 Hz)	$U_{rel}=0.058\%$		2021-10-27
				(5~300)V, (45 Hz~400 Hz)	$U_{rel}=0.050\%$		2021-10-27
		交流电流		(300~1000)V, (45 Hz~400 Hz)	$U_{rel}=0.033\%$		2021-10-27
				(1~10)mA, (45 Hz~400 Hz)	$U_{rel}=2.0\%$		2021-10-27
				(10~200)mA, (45 Hz~400 Hz)	$U_{rel}=0.30\%$		2021-10-27



序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（ $k=2$ ）	说明	生效日期
		交流功率	合格评定国家认可委员会 认可证书附件	(0.2~40) A, (45 Hz~400 Hz)	$U_{rel}=0.20\%$		2021-10-27
				(0.1~1) W	$U_{rel}=0.18\%$		2021-10-27
				(1~1000) W	$U_{rel}=0.28\%$		2021-10-27
				(1~10) kW	$U_{rel}=0.23\%$		2021-10-27
		频率		(10~100) Hz	$U_{rel}=0.0060\%$		2021-10-27
				(100~500) Hz	$U_{rel}=0.0012\%$		2021-10-27
		功率因数		(0.2~1)	$U=0.001$		2021-10-27
		交流电能		(50~600) V, (100~329.99) mA	$U_{rel}=0.18\%$		2021-10-27
				(50~600) V, (0.33~0.8999) A	$U_{rel}=0.30\%$		2021-10-27
				(50~600) V, (0.9~2.1999) A	$U_{rel}=0.18\%$		2021-10-27
				(50~600) V, (2.2~4.4999) A	$U_{rel}=0.24\%$		2021-10-27
				(50~600) V, (4.5~10) A	$U_{rel}=0.18\%$		2021-10-27
6	*数字多用表	直流电压	数字多用表校准规范 JJF 1587	(100~300) mV	$U_{rel}=0.013\%$		2021-10-27



序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（ $k=2$ ）	说明	生效日期
		中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件		(0.4~3.0)V	$U_{rel}=0.0085\%$		2021-10-27
				(4.0~30.0)V	$U_{rel}=0.0085\%$		2021-10-27
				(40~300.0)V	$U_{rel}=0.0088\%$		2021-10-27
				(400~1000)V	$U_{rel}=0.0088\%$		2021-10-27
		直流电流		(0.5~3.0)mA	$U_{rel}=0.030\%$		2021-10-27
				(4.0~30.0)mA	$U_{rel}=0.021\%$		2021-10-27
				(40~300)mA	$U_{rel}=0.024\%$		2021-10-27
				(0.4~2.0)A	$U_{rel}=0.052\%$		2021-10-27
				(3.0~10)A	$U_{rel}=0.091\%$		2021-10-27
		交流电压		(10~50)mV, (45 Hz~400 Hz)	$U_{rel}=0.18\%$		2021-10-27
				(0.05~0.2)V, (45 Hz~400 Hz)	$U_{rel}=0.071\%$		2021-10-27
				(0.2~5)V, (45 Hz~400 Hz)	$U_{rel}=0.071\%$		2021-10-27
				(5~300)V, (45 Hz~400 Hz)	$U_{rel}=0.071\%$		2021-10-27



序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（ $k=2$ ）	说明	生效日期	
		交流电流	合格评定 国家认可委员会	(300~1000)V, (45 Hz~400 Hz)	$U_{rel}=0.071\%$		2021-10-27	
				(1~10)mA, (45 Hz~400 Hz)	$U_{rel}=2.0\%$		2021-10-27	
				(10~200)mA, (45~400)Hz	$U_{rel}=0.30\%$		2021-10-27	
				(0.2~70)A, (45 Hz~400 Hz)	$U_{rel}=0.20\%$		2021-10-27	
		直流电阻		10 Ω	$U_{rel}=0.13\%$		2021-10-27	
				100 Ω	$U_{rel}=0.029\%$		2021-10-27	
				1 kΩ	$U_{rel}=0.019\%$		2021-10-27	
				10 kΩ	$U_{rel}=0.019\%$		2021-10-27	
				100 kΩ	$U_{rel}=0.021\%$		2021-10-27	
				1 MΩ	$U_{rel}=0.026\%$		2021-10-27	
				10 MΩ	$U_{rel}=0.078\%$		2021-10-27	
				交流电压	(50~100)V, (45 Hz~65 Hz)		$U_{rel}=1.4\%$	2021-10-27
					(100~200)V, (45 Hz~65 Hz)		$U_{rel}=0.80\%$	2021-10-27
7	*变频稳压电源	交流电压	交流稳压电源稳态特性校准规范 JJF（军工）85， 交流标准电压源检定规程 JJG（军工）71					



序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
		负载调整率	合格评定国家认可委员会 认可证书附件	(200~300)V, (45 Hz~65 Hz)	$U_{rel}=0.50\%$		2021-10-27
				(300~480)V, (45 Hz~65 Hz)	$U_{rel}=0.40\%$		2021-10-27
				0.1%~5%	$U_{rel}=3.0\%$		2021-10-27
				0.1%~10%	$U_{rel}=0.86\%$		2021-10-27
		频率		(45~65)Hz	$U=0.020$ Hz		2021-10-27
8	*绝缘电阻表 (兆欧表)	直流电阻	绝缘电阻表(兆欧表)检定规程 JJG 622	100 Ω ~10 M Ω	$U_{rel}=1.2\%$		2021-10-27
				(10~100)M Ω	$U_{rel}=0.60\%$		2021-10-27
				(0.1~1)G Ω	$U_{rel}=1.2\%$		2021-10-27
				(1~6)G Ω	$U_{rel}=2.4\%$		2021-10-27
		直流电压		(100~2500)V	$U_{rel}=0.80\%$		2021-10-27
9	*直流数字欧姆表	直流电阻	数字多用表校准规范 JJF 1587	(0.01~0.1) Ω	$U_{rel}=5.6\%$		2021-10-27
				(0.1~1) Ω	$U_{rel}=1.2\%$		2021-10-27
				(1~10) Ω	$U_{rel}=0.24\%$		2021-10-27



序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（ $k=2$ ）	说明	生效日期
				(10~100) Ω	$U_{rel}=0.065\%$		2021-10-27
				(0.1~10) kΩ	$U_{rel}=0.013\%$		2021-10-27
10	*直流单臂电桥	直流电阻	直流电桥检定规程 JJG 125	(1~10) Ω	$U_{rel}=2.5\%$	仅限校准 0.2 级及以下等级直流单臂电桥。	2021-10-27
				(10~100) Ω	$U_{rel}=0.59\%$		2021-10-27
				(0.1~10) kΩ	$U_{rel}=0.12\%$		2021-10-27
11	*直流稳定电源	电压	直流稳定电源校准规范 JJF 1597	(0.1~1000) V	$U_{rel}=0.06\%$		2021-10-27
		电流		(0.01~10) A	$U_{rel}=0.10\%$		2021-10-27
热学							
1	温度巡回检测仪	温度	温度巡回检测仪校准规范 JJF 1171	(-60~-30) °C	$U=0.065^{\circ}\text{C}$		2021-10-27
				(-30~95) °C	$U=0.072^{\circ}\text{C}$		2021-10-27
				(95~150) °C	$U=0.065^{\circ}\text{C}$		2021-10-27
				(150~200) °C	$U=0.10^{\circ}\text{C}$		2021-10-27
				(200~250) °C	$U=0.11^{\circ}\text{C}$		2021-10-27



序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
				(250~300) °C	$U=0.20^{\circ}\text{C}$		2021-10-27
2	*环境试验设备	温度	环境试验设备温度、湿度参数校准规范 JJF 1101	(-80~-30) °C	$U=0.39^{\circ}\text{C}$		2021-10-27
				(-30~0) °C	$U=0.24^{\circ}\text{C}$		2021-10-27
				(0~60) °C	$U=0.30^{\circ}\text{C}$		2021-10-27
				(60~100) °C	$U=0.40^{\circ}\text{C}$		2021-10-27
				(100~200) °C	$U=0.45^{\circ}\text{C}$		2021-10-27
				(200~300) °C	$U=0.60^{\circ}\text{C}$		2021-10-27
		湿度		(10~95) %RH	$U=1.8\%RH$		2021-10-27
3	工作用玻璃液体温度计	温度	工作用玻璃液体温度计检定规程 JJG 130	(-30~95) °C	$U=0.08^{\circ}\text{C}$		2021-10-27
				(95~150) °C	$U=0.06^{\circ}\text{C}$		2021-10-27
				(150~200) °C	$U=0.08^{\circ}\text{C}$		2021-10-27
				(200~250) °C	$U=0.10^{\circ}\text{C}$		2021-10-27
				(250~300) °C	$U=0.19^{\circ}\text{C}$		2021-10-27



序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（ $k=2$ ）	说明	生效日期
4	温度指示控制仪	温度	温度数据采集仪校准规范 JJF 1366	(-80~-30)℃	$U=0.065^{\circ}\text{C}$		2021-10-27
				(-30~95)℃	$U=0.072^{\circ}\text{C}$		2021-10-27
				(95~150)℃	$U=0.065^{\circ}\text{C}$		2021-10-27
				(150~200)℃	$U=0.10^{\circ}\text{C}$		2021-10-27
				(200~250)℃	$U=0.11^{\circ}\text{C}$		2021-10-27
				(250~300)℃	$U=0.20^{\circ}\text{C}$		2021-10-27
力学							
1	*数字压力计	压力	数字压力计检定规程 JJG 875	(-0.095~0.4) MPa	$U=0.00010\text{MPa}$		2021-10-27
				(0.4~6.0) MPa	$U=0.0042\text{MPa}$		2021-10-27
				(6.0~21.0) MPa	$U=0.0085\text{MPa}$		2021-10-27
				(-1000~1000) Pa	$U=2\text{Pa}$		2021-10-27
2	*精密压力表	压力	弹性元件式精密压力表和真空表检定规程 JJG 49	(-0.095~0.4) MPa	$U=0.0002\text{MPa}$		2021-10-27
				(0.4~6.0) MPa	$U=0.0048\text{MPa}$		2021-10-27



序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（ $k=2$ ）	说明	生效日期
				(6.0~21.0) MPa	$l=0.080\text{MPa}$		2021-10-27
3	*一般压力表	压力	弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程 JJG 52	(-0.095~0.4) MPa	$l=0.0046\text{MPa}$		2021-10-27
				(0.4~6.0) MPa	$l=0.010\text{MPa}$		2021-10-27
				(6.0~21.0) MPa	$l=0.30\text{MPa}$		2021-10-27
几何量							
1	万能角度尺	角度	万能角度尺检定规程 JJG 33	(0~320)°	$l=1'$		2021-10-27
2	通用卡尺	长度	通用卡尺检定规程 JJG 30	(0~300)mm	$l=0.01\text{mm}$		2021-10-27
声学							
1	*消声室	声压级	消声室和半消声室声学特性校准规范 JJF 1147	10 dB~130 dB (200 Hz~20 kHz)	$l=(0.8\sim1.5)\text{dB}$		2021-10-27
家电专用测量仪器							
1	*洗衣机洗净率检测装置	洗净比	洗衣机洗净率检测装置校准规范 JJF (轻工) 103, 白度计检定规程 JJG 512	0.50~1.30	$U_{\text{rel}}=0.8\%$	只做搅拌式洗衣机	2021-10-27
		长度		(0~600) mm	$l=0.08\text{mm}$		2021-10-27
		角度		(0~320)°	$l=2'$		2021-10-27



序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
		时间	灼热丝试验仪校准规范 JJF (浙) 1050	(1~3600) s	$U=0.38s$		2021-10-27
		转速		(100~1000) rpm	$U_{rel}=1.0\%$		2021-10-27
				(1000~3000) rpm	$U_{rel}=0.50\%$		2021-10-27
2	*灼热丝试验仪	长度	灼热丝试验仪校准规范 JJF (浙) 1050	(0~200) mm	$U=0.02mm$		2021-10-27
		力值		(0.25~1.50) N	$U=0.03N$		2021-10-27
		时间		(1~3600) s	$U=0.38s$		2021-10-27
		温度		(900~1000) °C	$U=1.5^{\circ}C$		2021-10-27
3	*冷媒检漏仪	漏率	冷媒检漏仪校准规范 JJF (轻工) 125	$(2.00 \times 10^{-6} \sim 8.00 \times 10^{-6}) \text{ Pa} \cdot \text{m}^3/\text{s}$	$U_{rel}=16\% \sim 19\%$		2021-10-27
		时间		(1~10) s	$U=0.38s$		2021-10-27
4	*空气净化器性能试验舱	温度	空气净化器性能试验舱校准规范 JJF (轻工) 102	(0~60) °C	$U=0.30^{\circ}C$		2021-10-27
		湿度		(10~95)%RH	$U=1.8\%RH$		2021-10-27
		换气次数		(0~0.5) /h	$U=0.002/h$		2021-10-27
		混合度		0%~100%	$U=4.4\%$		2021-10-27



序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
		回收率		0%~100%	$U=6.6\%$		2021-10-27
		本底浓度		(0~1000000) 个/L	$U=92$ 个/L		2021-10-27
5	*白度计	白度	白度计检定规程 JJG 512	R457: 0~100	$U=2.2$		2021-10-27
6	*盐雾试验箱	温度	盐雾试验箱检定规程 JJG (轻工) 77	(20~60) °C	$U=0.30^{\circ}\text{C}$		2021-10-27
		盐雾沉降率		(1~2) mL/(80cm ² · h)	$U=0.3\text{mL}/(80\text{cm}^2 \cdot \text{h})$		2021-10-27



No. CNAS L3984

名称：中国家用电器研究院计量测试中心

地址：北京市经济技术开发区博兴八路3号

注册号：CNAS L3984

认可依据：ISO/IEC 17025:2017 以及 CNAS 特定认可要求

生效日期：2021 年 10 月 27 日 截止日期：2025 年 08 月 21 日

附件 5 认可的校准和测量能力范围

注：“测量仪器名称”栏仪器名称前标注*的项目可开展现场校准。

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
家电专用测量设备							
1	*换气扇风量测试装置	风量	风量标准装置检定规程 JJG 794	(0.1~17) m ³ /min	$U_{rel}=4.4\%$		2021-10-27
2	*空调器（机）空气焓值法检测装置	交流电压	空调器（机）空气焓值法检测装置检定规程 JJG（轻工）113，空调器空气焓值法能效测量装置校准规范 JJF 1858	(10.00~49.99)mV, (45~400)Hz	$U_{rel}=0.12\%$	适用于“热泵热水器、电热水器、太阳能热水器测	2021-10-27
				(0.05~0.19)V, (45~400)Hz	$U_{rel}=0.023\%$		2021-10-27
				(0.20~4.99)V, (45~400)Hz	$U_{rel}=0.058\%$		2021-10-27
				(5.00~299.99)V, (45~400)Hz	$U_{rel}=0.050\%$		2021-10-27



No. CNAS L3984

第 1 页 共 4 页

序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
				(300.00~1000.00)V, (45~400)Hz	$U_{rel}=0.033\%$	量装置”	2021-10-27
		中国合格评定 交流电流		(1.00~9.99)mA, (45~400)Hz	$U_{rel}=2.0\%$		2021-10-27
				(10.00~199.99)mA, (45~400)Hz	$U_{rel}=0.30\%$		2021-10-27
				(0.20~70.00)A, (45~400)Hz	$U_{rel}=0.20\%$		2021-10-27
				(70.00~100.00)A, (45~400)Hz	$U_{rel}=0.20\%$		2021-10-27
		交流功率		(0.10~0.99)W (45~65)Hz	$U_{rel}=0.18\%$		2021-10-27
				(1.00~999.99)W (45~65)Hz	$U_{rel}=0.28\%$		2021-10-27
				(1000.0~10000.0)W (45~65)Hz	$U_{rel}=0.23\%$		2021-10-27
				(10000.0~30000)W (45~65)Hz	$U_{rel}=0.26\%$		2021-10-27
		温度		(-95~-30)℃	$U=0.065^{\circ}\text{C}$		2021-10-27
				(-30~95)℃	$U=0.072^{\circ}\text{C}$		2021-10-27
				(95~150)℃	$U=0.065^{\circ}\text{C}$		2021-10-27
				(150~200)℃	$U=0.10^{\circ}\text{C}$		2021-10-27



序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度（ $k=2$ ）	说明	生效日期
		湿度	中国合格评定国家认可委员会 认可证书附件	(200~250)℃	$U=0.11^{\circ}\text{C}$		2021-10-27
				(250~300)℃	$U=0.20^{\circ}\text{C}$		2021-10-27
				(10~95)%RH	$U=1.8\%\text{RH}$		2021-10-27
		压力		(-0.095~0.1)MPa	$U=0.00010\text{MPa}$		2021-10-27
				(0.1~6.0)MPa	$U=0.0042\text{MPa}$		2021-10-27
		制冷/热量		(1600~14000)W	$U_{\text{rel}}=2.5\%$		2021-10-27
3	*洗衣机洗净率检测装置	洗净比	洗衣机洗净率检测装置校准规范 JJF（轻工）103，白度计检定规程 JJG 512	0.50~1.30	$U_{\text{rel}}=0.8\%$	只做滚筒式洗衣机	2021-10-27
		长度		(0~600)mm	$U=0.08\text{mm}$		2021-10-27
		角度		(0~320)°	$U=2'$		2021-10-27
		时间		(1~3600)s	$U=0.38\text{s}$		2021-10-27
		转速		(100~1000)rpm	$U_{\text{rel}}=1.0\%$		2021-10-27
				(1000~3000)rpm	$U_{\text{rel}}=0.50\%$		2021-10-27
	*家用制冷器具		家用制冷器具检测装置 II JJG（轻工）98，环境设备温度湿度校准规范 JJF	(-80~-30)℃	$U=0.39^{\circ}\text{C}$		2021-10-27



序号	测量仪器名称	被测量	校准规范	测量范围	扩展不确定度 ($k=2$)	说明	生效日期
		中国合格评定国家认可委员会 7244	1101, 电冰箱性能综合测试装置校准规范 JJF (机械) 1006, 冷柜 JB/T 7244	$(-30\sim 0)^{\circ}\text{C}$	$U=0.24^{\circ}\text{C}$		2021-10-27
				$(0\sim 60)^{\circ}\text{C}$	$U=0.30^{\circ}\text{C}$		2021-10-27
				$(60\sim 100)^{\circ}\text{C}$	$U=0.40^{\circ}\text{C}$		2021-10-27
				$(100\sim 200)^{\circ}\text{C}$	$U=0.45^{\circ}\text{C}$		2021-10-27
				$(200\sim 300)^{\circ}\text{C}$	$U=0.60^{\circ}\text{C}$		2021-10-27
		湿度		$(10\sim 95)\%\text{RH}$	$U=1.8\%\text{RH}$		2021-10-27
		照度		$(100\sim 1500)\text{lx}$	$U_{\text{rel}}=1.6\%$		2021-10-27



No. CNAS L3984

第 4 页 共 4 页

在线扫码获取验证